

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Индивидуальный предприниматель МАТВЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312849

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДХР/12-01-2025/412196275

Действительно до 11.01.2026

Средство измерений	<u>Штангенциркули; ШЦ, ШЦК, ШЦЦ; ШЦ-I (0-125) мм; Рег. № 64144-16</u> наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской номер	<u>00013207</u> заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
в составе	_____
поверено	<u>в полном объеме</u> наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки
в соответствии с	<u>ГОСТ 8.113-85 ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки</u> наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов:	<u>38376-08 Меры длины концевые плоскопараллельные до 100 мм Нет данных 9215 1984</u> регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) <u>Эталон 4-го разряда приказ №2840 от 29.12.2018; 17726-03 Меры длины концевые плоскопараллельные Нет данных</u> средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам <u>4784 2004 Эталон 4-го разряда Приказ Росстандарта от 29.12.2018г. №2840</u>
при следующих значениях влияющих факторов:	<u>температура: 21,6°C; атм. давление: 746мм рт.ст; отн. влажность: 53%</u> перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений
и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.	
Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	<u>https://fqis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-412196275</u>
Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	<u>412196275</u>
Поверитель	<u>Петрашев В.В.</u> фамилия, инициалы
Знак поверки:	
ИП должность руководителя или другого уполномоченного лица	 подпись
	<u>Матвеева Н.В.</u> фамилия, инициалы
Дата поверки	<u>12.01.2025</u>

